

بیمار آقای ۵۵ ساله در مورخ ۹۰/۲/۱۸ به علت مشکلات گوارشی در بخش داخلی مردان بستری و در مورخ ۹۰/۲/۲۱ دچار دل درد شد و بعد از مشاوره جراحی با تشخیص ایسکمی مزانتریه صورت اورژانسی تحت عمل جراحی قرار گرفت و پس از عمل به علت نیاز مبرم بیمار به تخت آی . سی . یو و خالی نبودن تخت در بخش I.C.U بیمارستان ، با ونتیلاتور پرتابل در صبح روز ۹۰/۲/۲۲ (قبل از تحویل شیفت صبح و در سرویس شب) به بخش عادی منتقل شد پس از چند ساعت با اطلاع رسانی علایم هشدار تنفسی بیمار توسط همراهان به پرسنل صبحکار به علت عدم اکسیژن رسانی توسط دستگاه ونتیلاتور و با پیگیری مشکل از ناحیه سرپرستار بخش مشخص گردید که دستگاه با شارژ قبلی کار می کرده و با پایان شارژ به علت وصل نبودن دستگاه به برق به علت در دسترس نبودن کابل برق (ظاهراً دستگاه ونتیلاتور بدون کابل برق در بخش داخلی تحویل و مستقر گردیده است) ، مشکل تنفسی برای بیمار بوجود آمد که با وجود اکسیژن رسانی توسط آمبویگ توسط پرسنل پرستاری و همراهان و در دسترس نبودن کابل برق علیرغم پیگیری سرپرستار بخش و صرف زمان جهت تهیه کابل (علیرغم وخامت حال بیمار و مهم بودن فاکتور زمان) ، بیمار نامبرده فوت گردیده ...

به علت اشراف کامل همراهان به معضل موجود در بخش ، موجبات ناراحتی و اعتراض همراهان فراهم شده و در نهایت کار به شکایات می انجامد.